

郵遞區號: 333
桃園縣龜山鄉樂善
村文明路29巷8號
TEL: (03)3280026

財團法人台灣電子檢驗中心

儀器校正報告書

CALIBRATION REPORT

ELECTRONICS TESTING CENTER, TAIWAN

郵遞區號: 300
新竹市科學園區
園區二路47號205室
TEL: (03)5798806

Page 1 of 5

工服 NO. ET91C-05-035-01

申請者(Applicant): 碩訊科技股份有限公司

地址(Address): 汐止市環河街194巷2號

供校儀器 ITEM CALIBRATED

儀器名稱:	BILOG ANTENNA	製造商:	CHASE
Nomenclature		Mfg.	
型別:	CBL 6141A	識別號碼:	4206
Model No.		ID. No.	
校正依據:	B00-CD-284 1st edition	收件日期:	May. 03, 2002
Cal. Procedure Used		Receipt Date	
校正資料:	☒ 僅量測 ☐ 調整	校正日期:	May. 03, 2002
Cal. Info.	Cal. Only Adjusted	Cal. Date	
周圍環境:	溫度: 23 °C 相對濕度: 50 %	建議再校日期:	May. 02, 2003
Ambient Temperature	Relative Humidity	Recommended Recal. Date	
Condition			

使用標準器及附配件 STANDARD AND ACCESSORIES USED

儀器名稱	廠牌/型號	識別號碼	校驗有效日
Nomenclature	Mfg. / Model No.	ID. No.	Due Date
Bilog Antenna	CHASE CBL6112B	2686	May. 24, 2002
Network Analyzer	HP 8753D	43051201-001	Oct. 29, 2002

追溯源 CALIBRATION SOURCE

儀器名稱	校正單位	報告號碼	校驗日期
Nomenclature	Cal. Source	Cal. Report No.	Date Calibrated
Step Attenuator	NML	A900611	Jun. 19, 2001
Power Meter	NML	A901042	Sep. 21, 2001
Power Sensor	NML	A901043	Sep. 21, 2001
Bilog Antenna	NPL/U. K.	EF06/01/806/1	Jul. 19, 2001
Rubidium Frequency Standard	NML	FTC-2001-11-28	Nov. 30, 2001

ETC hereby certifies that the equipment noted herein has been compared with the above listed standards. The Standards used to perform this calibration are traceable to NML/ROC, NIST/USA or other countries. The calibration services from ETC are capable of performing services in compliance with the requirements of ISO/IEC 17025.

台灣電子檢驗中心特此證明報告內記載之受校儀器已與上列標準做過比較校正, 用以校正之標準器可追溯至中華民國度量衡國家標準實驗室, 美國標準及技術研究院, 或其它國家之度量衡國家標準。本中心的校正服務均符合ISO/IEC 17025 之規定。

校正地點: 電量校正實驗室

台灣電子檢驗中心
ELECTRONICS TESTING CENTER,
TAIWAN



實驗室負責人
Laboratory Head



報告簽署人
Signature

