



## Model: PAM™3000

Patient Assessment Monitor  
Patient Évaluation Moniteur

SERIAL #  
NUMÉRO DE SÉRIE

For use only with **Wireless 2000**  
Power Supply P/N 375.001.10.00

Utiliser uniquement avec **Wireless 2000**  
Alimentation N/S 375.001.10.00

GROUNDING RELIABILITY CAN ONLY BE ACHIEVED  
WHEN EQUIPMENT IS CONNECTED TO AN  
EQUIVALENT RECEPTACLE MARKED 'HOSPITAL ONLY'  
OR 'HOSPITAL GRADE'

LA FIABILITÉ DE LA CONNEXION À LA TERRE  
EST OBTENUE UNIQUEMENT QUAND L'APPAREIL  
EST BRANCHÉ DANS UNE PRISE SUR LEQUEL  
L'ÉTIQUETTE "HÔPITAL SEULEMENT" OU  
"CERTIFICATION HOSPITALIÈRE" EST APPOSÉE

Manufactured for/Fabriqués pour  
Wireless 2000  
Burnaby, BC, CANADA



**FC** FCC ID WHQ20000310